

2012年1月 G6PD 定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、各檢驗單位實驗室內部品管結果：

G6PD	Control N (Lot No.:20091127N)	Control D (Lot No.:20091127D)
參加單位	12 家	12 家
總回報數 (n)	92 個	92 個
中位數 (Median)	13.8 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
平均值 (Mean)	13.7 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.2
變異係數 (CV)	4.3%	5.6%
G6PD 檢驗值範圍	12.2 ~ 15.1 (U/gHb)	3.8 ~ 5.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	1.9 ~ 2.4 (g/dL)

二、各檢驗單位實驗室內部品管結果分佈圖

