

2012 年 4 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、參加單位的實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:20091127N)	Control D (Lot No.:20091127D)
參加單位	12	12
總回報數 (n)	107	107
中位數 (Median)	13.8 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
平均值 (Mean)	13.7 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.3
變異係數 (CV)	3.6%	6.8%
G6PD 檢驗值範圍	12.7 ~ 14.7 (U/gHb)	4.0 ~ 4.9 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.9 ~ 2.4 (g/dL)	1.8 ~ 2.5 (g/dL)

二、各檢驗單位實驗室內部品管結果分佈圖

