

# 2012年10月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:20091127N)	Control D (Lot No.:20091127D)
參加單位	13	13
總回報數 (n)	121	121
中位數 (Median)	13.9 (U/gHb)	4.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.0 (U/gHb)	4.5 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.2
變異係數 (CV)	4.3%	4.5%
G6PD 檢驗值範圍	12.9 ~ 15.9 (U/gHb)	3.9 ~ 5.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	1.9 ~ 2.4 (g/dL)

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

