

2014年02月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AA1223N)	Control D (Lot No.:AA1223D)
參加單位	12	12
總回報數 (n)	81	81
中位數 (Median)	15.2 (U/gHb)	4.5 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.3 (U/gHb)	4.6 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.8	0.3
變異係數 (CV)	5.2%	6.5%
G6PD 檢驗值範圍	13.8 ~ 17.1 (U/gHb)	3.9 ~ 5.4 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	2.2 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

