

2014年09月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AA1223N)	Control D (Lot No.:AA1223D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	35	35
中位數 (Median)	14.7 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
平均值 (Mean)	14.6 (U/gHb)	4.4 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.5	0.3
變異係數 (CV)	3.4%	6.8%
G6PD 檢驗值範圍	13.6 ~ 15.9 (U/gHb)	4.1 ~ 5.4 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.6 (g/dL)	2.1 ~ 2.7 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

