2018 年 11 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	36	36
中位數 (Median)	15.7 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.6 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.7	0.3
變異係數 (CV)	4.5%	5.3%
G6PD 檢驗值範圍	12.4 ~ 16.4 (U/gHb)	4.6 ~ 6.2 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.2 (g/dL)	1.8 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖