

2019年03月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	36	36
中位數 (Median)	15.5 (U/gHb)	5.6 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.4 (U/gHb)	5.6 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.6	0.2
變異係數 (CV)	3.9%	3.6%
G6PD 檢驗值範圍	14.4 ~ 16.5 (U/gHb)	5.2 ~ 6.1 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.1 (g/dL)	1.9 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

