

2019年05月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	6	6
總回報數 (n)	34	34
中位數 (Median)	15.7 (U/gHb)	5.8 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.4 (U/gHb)	5.8 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.7	0.3
變異係數 (CV)	4.5%	5.2%
G6PD 檢驗值範圍	13.9 ~ 16.6 (U/gHb)	5.0 ~ 6.5 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.1 (g/dL)	1.9 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

