

# 2019年06月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AE0909N)	Control D (Lot No.:AE0909D)
參加單位	6	6
總回報數 (n)	27	27
中位數 (Median)	15.1 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.1 (U/gHb)	5.7 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.7	0.4
變異係數 (CV)	4.6%	7.0%
G6PD 檢驗值範圍	13.7 ~ 16.0 (U/gHb)	5.1 ~ 6.3 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	1.8 ~ 2.2 (g/dL)	1.9 ~ 2.3 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Lanner kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

