

# 2020年03月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AH1220N)	Control D (Lot No.:AH1220D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	35	35
中位數 (Median)	15.2 (U/gHb)	5.3 (U/gHb)
平均值 (Mean)	15.4 (U/gHb)	5.3 (U/gHb)
標準差 (SD)	0.9	0.3
變異係數 (CV)	5.8%	5.7%
G6PD 檢驗值範圍	13.8 ~ 16.8 (U/gHb)	4.5 ~ 6.0 (U/gHb)
Hb 檢驗值範圍	2.0 ~ 2.4 (g/dL)	2.0 ~ 2.6 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Lanner kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

