

2020年10月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:AH1220N)	Control D (Lot No.:AH1220D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	35	35
中位數 (Median)	15.2 (U/g Hb)	5.2 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	15.5 (U/g Hb)	5.3 (U/g Hb)
標準差 (SD)	0.9	0.2
變異係數 (CV)	5.8%	3.8%
G6PD 檢驗值範圍	14.3 ~ 18.0 (U/g Hb)	4.9 ~ 5.7 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	1.2 ~ 2.5 (g/dL)	1.2 ~ 2.4 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Lanner kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

