

2023 年 11 月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:BA1116N)	Control D (Lot No.: BA1116D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	42	42
中位數 (Median)	14.7 (U/g Hb)	5.1 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	14.4 (U/g Hb)	5.0 (U/g Hb)
標準差 (SD)	1.0	0.5
變異係數 (CV)	6.9%	10.0%
G6PD 檢驗值範圍	12.1 ~ 15.8 (U/g Hb)	4.0 ~ 6.1 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	2.3 ~ 2.5 (g/dL)	2.2 ~ 2.5 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Innovation kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

