

# 2024年07月 G6PD 定量檢驗 實驗室內部品管計畫報告

## 一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:BA1116N)	Control D (Lot No.: BA1116D)
參加單位	8	8
總回報數 (n)	37	37
中位數 (Median)	14.7 (U/g Hb)	4.8 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	14.6 (U/g Hb)	5.0 (U/g Hb)
標準差 (SD)	0.6	0.4
變異係數 (CV)	4.1%	8.0%
G6PD 檢驗值範圍	12.8 ~ 15.8 (U/g Hb)	4.3 ~ 5.8 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	2.3 ~ 2.6 (g/dL)	2.2 ~ 2.6 (g/dL)

\*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

\*\* G6PD Method = Innovation kit, 37°C

## 二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

