

2022年06月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告


一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:BJ0922N)	Control D (Lot No.: BJ0922D)
參加單位	6	6
總回報數 (n)	33	33
中位數 (Median)	16.0 (U/g Hb)	5.5 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	15.6 (U/g Hb)	5.3 (U/g Hb)
標準差 (SD)	1.2	0.4
變異係數 (CV)	7.7%	7.5%
G6PD 檢驗值範圍	13.5 ~ 17.2 (U/g Hb)	4.3 ~ 5.8 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	2.4 ~ 2.7 (g/dL)	2.1 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = Innovation kit, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖



2022年06月G6PD定量檢驗實驗室內部品管計畫報告

一、所有參加單位本月實驗室內部品管結果之彙整

G6PD	Control N (Lot No.:BJ0922N)	Control D (Lot No.: BJ0922D)
參加單位	7	7
總回報數 (n)	39	39
中位數 (Median)	15.0 (U/g Hb)	5.1 (U/g Hb)
平均值 (Mean)	15.2 (U/g Hb)	5.2 (U/g Hb)
標準差 (SD)	1.0	0.3
變異係數 (CV)	6.6%	5.8%
G6PD 檢驗值範圍	13.6 ~ 17.3 (U/g Hb)	4.7 ~ 5.9 (U/g Hb)
Hb 檢驗值範圍	2.1 ~ 2.7 (g/dL)	1.8 ~ 2.3 (g/dL)

*統計值為該月全體單位回報的所有數據總合計算所得

** G6PD Method = **Lanner kit**, 37°C

二、各檢驗單位本月實驗室內部品管結果分佈圖

